

Trocáter Balão Dissector Bhio Supply

Registro ANVISA Nº: 80381210066

Nome Técnico: Instrumentos cirúrgicos



Antes do uso, leia atentamente as instruções presentes neste manual.



Produto não estéril

Indicação / Finalidade:


O Trocáter Balão Dissector é utilizado para a criação do espaço pré-peritoneal em cirurgia vídeo endoscópica.

Princípio de funcionamento:


O Trocater Balão Dissector funciona de modo semelhante à uma bainha de videocirurgia convencional, após inserida na cavidade peritoneal, pode ser inflada com o auxílio de uma bomba manual, criando espaço suficiente para a visualização da cavidade com o auxílio da ótica endoscópica. Ao final do procedimento, o cirurgião realiza o processo de esvaziamento do balão através da valvula tipo torneira presente no corpo da bainha, possibilitando sua retirada.

Especificações:

Trocater construído em aço inox 303, Bainha construída em Alumínio 6061 (corpo), aço inox 303 (prolongador, janela e fixador do balão) e aço inox 304 (tubo), vedantes e Balões em silicone grau médico.



Composição (0A2B6G0):



Item	Código	Descrição
	0A2B6G0	Trocater Balão Dissector
Composição detalhada		
1	0A1B6D0	Bainha Ø 10mm Trocater Balão
2	0A2B6D0	Trocater Ø10mm Trocater Balão
3	CA2V001	Balão Dissector Pêra
4	CA2V000	Balão Dissector Cilíndrico
5	SA20B60	Kit Insuflador Trocater Balão

Pecas de Reposição		
Item	Código	Descrição
1	0A1B6D0	Bainha Ø 10mm Trocater Balão
2	0A2B6D0	Trocater Ø10mm Trocater Balão
3	0AVB6D6	Kit Balão Dissector Pêra (5 unidades CA2V001)
4	0AVB6D0	Kit Balão Dissector Cilíndrico (5 unidades CA2V000)
5	SA20B60	Kit Insuflador Trocater Balão
6	0AVB6D7	Kit Balão Dissector Raquete (5 unidades CA2V002)

Observação: Itens CA2V000, CA2V001, CA2V002, 0AVB6D0, 0AVB6D6 e, 0AVB6D7, cadastrados na ANVISA sob Nº 80381210065

Advertências e Precauções:

- Realizar a inspeção do instrumento antes do uso e após cada utilização, verificando o correto funcionamento das partes móveis, a isenção de danos superficiais e, Condições das arestas;
- Produto não estéril, realizar limpeza e esterilização antes do uso;
- Instrumentos cortante podem danificar o balão, tenha cuidado para evitar o contato destes durante o processo de montagem e o ato cirúrgico;
- Observe os limites de volume definidos para cada modelo de balão. Jamais exceda os volumes máximos definidos.

Risco de rompimento do balão e potencial dano grave ao paciente;

- Os Balões dissectores Bhio Supply foram projetados para uso único devido ao stress mecânico ao qual a peça é submetida durante o procedimento. A Bhio Supply exime-se de qualquer responsabilidade relativa à eventual reuso do componente.

Contraindicações:

Não Há contraindicações para uso do produto.

Efeitos Adversos:

Atentar para eventual hipersensibilidade do paciente à matéria prima do produto.



Modo de Uso:

As informações relativas ao modo de uso aqui descritas são referentes aos procedimentos de montagem, enchimento e esvaziamento do balão e desmontagem do instrumental. O contexto cirúrgico aplicado ao produto deve ser definido pelo cirurgião, de acordo com as técnicas cabíveis a cada situação.

Montagem, Uso e Desmontagem.

- 1- Inserir o tubo da Bainha dentro do balão de silicone (fig.1) aproximadamente 12mm;



Fig. 1

- 2- Rosquear a camisa até o limite do tubo da bainha no sentido anti-horário (fig.2);




Fig. 2

- 3- Inserir o Trocater até o fim na bainha (fig.3 e 4);




Fig. 3




Fig. 4

- 4- Pós a Inserção do conjunto na cavidade pré-peritoneal do paciente, remover o trocater e inserir a ótica na bainha.

- 5- Conectar o Insuflador no adaptador da bainha – rosquear no sentido horário - (fig.5);




Fig. 5

- 6- Conferir a abertura da válvula da bainha (fig.6)



Fig. 6

- 7- Bombear o bulbo para insuflar o balão conforme a necessidade do cirurgião (fig. 7).




Atenção: não exceda os limites máximos definidos para inflar cada modelo de balão.



Fig. 7

Volumes e Dimensões:



Balão Dissector Cilíndrico – CA2V000

Dimensão (mm)	Número de Bombeadas											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35ml	70ml	105ml	140ml	175ml	210ml	245ml	280ml	315ml	350ml	385ml	420ml
A	45,4	58,8	68,4	76,2	82,8	88,6	93,8	98,6	103,1	107,2	111,1	114,7
B	32,7	39,8	44,6	48,4	51,6	54,3	56,8	59,0	61,0	62,8	64,5	66,2

Balão Dissector Pêra – CA2V001

Dimensão (mm)	Número de Bombeadas											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35ml	70ml	105ml	140ml	175ml	210ml	245ml	280ml	315ml	350ml	385ml	420ml
A	45,4	58,8	68,4	76,2	82,8	88,6	93,8	98,6	103,1	107,2	111,1	114,7
B	32,7	39,8	44,6	48,4	51,6	54,3	56,8	59,0	61,0	62,8	64,5	66,2

Balão Dissector Raquete – CA2V002

Dimensão (mm)	Número de Bombeadas											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35ml	70ml	105ml	140ml	175ml	210ml	245ml	280ml	315ml	350ml	385ml	420ml
A	54	61,7	67,8	74,6	79,5	83,1	86,8	91,5	94,1	97,1	101,4	105,7
B	36,5	42	45,6	50	52,9	55,1	57,5	60,2	62,1	63,8	65,4	67
Espessura	9,6	12,9	16,1	19	21,8	24,2	26,7	28,9	31	33	34,75	36,5

Nota: Cada bombada do bulbo injeta 35 ml de ar no sistema

OBSERVAÇÃO:

Limite máximo de enchimento dos balões é de 420ml. Não exceder esta capacidade, risco de lesões graves ao paciente.

⚠ Visando a garantia da segurança do procedimento, os balões de silicone não devem ser reutilizados sob nenhuma hipótese.

- 8- Após a realização do procedimento, para esvaziar o balão, mantenha aberta a válvula da bainha (fig.8) e realize a abertura da válvula do bulbo (fig.9) girando está no sentido anti-horário.

Fig. 8



Fig. 9

- 9- Para retirar o balão, gire a camisa da bainha no sentido horário (fig.10) e retire o balão

(fig.11). **Atenção: O balão não é reutilizável.**




Fig. 10




Fig. 11

Limpeza e Esterilização:

Produto fornecido não esterilizado. Antes do uso, proceder com a limpeza e esterilização conforme procedimentos estabelecidos pela instituição.

Limpeza / Desinfecção:

- Realizar a desmontagem do instrumento;
- Realizar a limpeza de superfícies internas e externa com auxílio de uma escova de cerdas macias;
- Realizar lavagem com detergente enzimático;
- Enxaguar com água em abundância (preferencialmente água deionizada ou filtrada)
- Secar com auxílio de ar-comprimado e pano sem pelos.

Observação: Equipamento passível de limpeza em lavadoras ultrassônicas (temperatura entre 40 e 60 °C).

Esterilização:

O método de esterilização mais indicado para o Trocater Balão e seus acessórios é a esterilização por autoclave à vapor com ciclo padrão 134° C por 18 minutos. Outros tempos e temperaturas podem ser utilizados, entretanto, o usuário deverá validar qualquer desvio dos parâmetros.

Importante:



A pera de insuflação não deve ser submetida a esterilização em autoclave. Como esta parte do produto não entra em contato com fluidos, recomenda-se somente desinfecção de alto nível.



A temperatura da autoclave não deverá exceder a 137° C. A esterilização não substitui o processo de limpeza do instrumento.

Cuidados:

- Não utilizar produtos químicos corrosivos para a limpeza. As soluções utilizadas na limpeza e enxague devem possuir pH Neutro (7,0);
- Durante a limpeza, utilize detergentes enzimáticos;
- Não utilize soluções de limpeza abrasivas;
- Utilize água em conformidade com a NBR ISO 17665:2010;
- Não armazenar o instrumental perto de produtos químicos que possam desprender gases corrosivos (ex.: Cloro, Iodo e ácidos em geral).

Armazenamento e transporte:

Durante transporte e armazenamento do produto, deverão ser observadas as seguintes condições ambientais:

Temperatura: entre 0°C a 80°C

Umidade Relativa: max. 100%

Manter ao abrigo da luz

Não armazenar junto a produtos químicos que desprendam gases corrosivos.

Garantia:

Os produtos fabricados pela Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A. são garantidos contra defeitos de fabricação. Esta garantia tem prazo de 1 (um) ano a partir da data de emissão da nota fiscal. Serão reparados ou substituídos os produtos que comprovadamente tenham apresentado defeito durante o prazo de validade da garantia. Para isso, os produtos deverão ser remetidos ao departamento de Assistência Técnica da Bhio Supply, acompanhados da descrição do defeito apresentado.

Esta garantia será invalidada se for verificado que o produto foi sujeito a manuseio inadequado, quedas, negligências, imprudências, Imperícia, condições ambientais diferentes das especificadas para o produto, conexões incorretas, substituições de componentes ou partes do produto por peças não originais ou, alterações e reparos realizados por assistência técnica não autorizada pela Bhio Supply.

Assistência Técnica:

A Bhio Supply presta assistência técnica para todos os seus produtos. Os canais de contato para assuntos relacionados a Assistência Técnica são os seguintes:

e-mail: assistencia@bhiosupply.com.br

Fone: +55 51 3459 4000

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N° 4959 – Esteio – RS – Brasil
CEP: 93.290.010

Dados do Fabricante:

Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A

CNPJ: 73.297.509/0001-11

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N°4959 – Esteio/RS - Brasil

Telefone/Fax: 55 51 3473-7450 / 3458-4479

Telefone SAC: 55 51 3459-4000

www.bhiosupply.com.br

Responsável Técnico:

Jaqueline Timm – CRF/RS 10514